

DATA MEDICAL SERVICE

Valutazione Esterna di Qualità in Sierologia - RTSQC plus

Dati riassuntivi campioni inviati nell'anno 2015

Siero n.	Labo.	Toxo IgG			Toxo IgM			Rubeo IgG			Rubeo IgM			CMV IgG			CMV IgM			TPHA			VDRL			FTA Abs			Risposte Totali	Errori N.ro	Errori %	Accettabilità %			
		Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.							
01/2015	121	P	121		N		121	P	121		N		121	P	121	0	N		121	P	77		P	59		P	44		906	0	0,00	100,00			
		9 UI/ml						8,97 UI/ml						35 UI/ml						1:1280						1:2 / 2+						1:10 / 3+			
02/2015	126	P	126		P	126		P	126		P	126		P	126		P	126		N		77	N		59	N		44	936	0	0,00	100,00			
		54,5 UI/ml			2,2 S/co			23,2 UI/ml			2,4 S/co			46,7 UI/ml			41,9 UI/ml																		
03/2015	128	P	128		N		128	P	128		N		128	P	128		N		128	P	77		P	59		P	44		948	0	0,00	100,00			
		26,9 UI/ml						17,3 UI/ml						24,8 UI/ml						1:640						1:2 / 2+						1:20 / 3+			
04/2015	131	P	130		P	131		P	131		P	131		P	131		P	131		N		75	N		57	N		41	958	0	0,00	100,00			
		38,4 UI/ml			1,41 S/co			35,6 UI/ml			1,6 S/co			55,1 UA/ml			44,3 UA/ml																		
05/2015	128	N		128	N		128	P	128		P	128		P	128		N		128	N		75	N		57	N		41	941	0	0,00	100,00			
								26,6 UI/ml			58,75 UA/ml			48,9 UA/ml																					
06/2015	132	P	132		N		132	N		132	N		132	N		132	N		132	P	78		P	60		P	44		974	0	0,00	100,00			
		38,4 UI/ml																			1:640						1:2 / 2+						1:40 / 4+		
07/2015	134	P	134		N		134	N		133	N		134	P	134		N		134	N		75	N		57	N		41	976	0	0,00	100,00			
		12,6 UI/ml												52,9 UI/ml															0						
08/2015	136	P	136		N		136	P	136		P	136		P	136		P	136		P	75		N	1	56	P	41		989	1	0,00	100,00			
		49 UI/ml						23 UI/ml			23 UA/ml			49 UI/ml			46 UI/ml			1:320						3+ / 1:5									
	1036																											7628	1	0,01	99,99				