

## DATA MEDICAL SERVICE

### Valutazione Esterna della Qualità Analitica in Sierologia - RTSQC plus

#### Dati riassuntivi dei campioni inviati nell'anno 2017

Siero Nr.	Lab.ri	Toxo IgG			Toxo IgM			Rubeo IgG			Rubeo IgM			CMV IgG			CMV IgM			TPHA			VDRL			FTA Abs			Risposte Totali	Errori N.ro	Errori %	Accettabilità %				
		Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.								
001/2017	128	N		128	N		128	P	128		N		128	P	128		N		128	N		77	N		57	N		41	943	0	0,00	100,00				
002/2017	131	P	131		N		131	P	131		N		131	P	131		P	131		P	77		P	59		P	44	966	0	0,00	100,00					
003/2017	138	P	138		N		138	P	138		P	138		N		138	N		77	N		59	N		44	1008	0	0,00	100,00							
004/2017	142	P	142		P	139	3	P	142		N		142	P	142		N		142	P	75		P	57		P	41	1025	3	0,29	99,71					
005/2017	144	N		144	N		144	P	144		P	144		P	144		P	144		N		77	N		59	N		44	1044	0	0,00	100,00				
006/2017	145	P	145		N		145	P	145		N		145	P	145		N		145	P	75		P	57		P	41	1043	0	0,00	100,00					
007/2017	148	P	148		P	148		P	148		N		148	P	148		N		148	N		75	N		57	N		41	1061	0	0,00	100,00				
008/2017	148	N		148	N		148	P	148		N		148	P	148		N		148	P	77		N		59	P	44	1068	0	0,00	100,00					
	1124																																			