

DATA MEDICAL SERVICE

Valutazione Esterna di Qualità in Sierologia - RTSQC plus

Dati riassuntivi campioni inviati nell'anno 2020

Siero n.	Labo.	Toxo IgG			Toxo IgM			Rubeo IgG			Rubeo IgM			CMV IgG			CMV IgM			TPHA			VDRL			FTA Abs			Risposte Totali	Errori N.ro	Errori %	Accettabilità %
		Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.				
01/2020	152	P	152		N		152	P	152		N		152	P	152		N		145	P	77		P	59		P	44		1085	0	0,00	100,00
		3,74 UI/ml						26,70 UI/ml						40,01 UI/ml						1:320			4+ / 1:2			4+ / 1:10						
02/2020	152	N		152	N		152	P	152		N		152	P	152		N		145	N		77	N		59	N		44	1085	0	0,00	100,00
								22,30 UI/ml						40,03 UI/ml																		
03/2020	152	N		152	N		152	P	152		N		152	P	152		P	152		N		77	N		59	N		44	1092	0	0,00	100,00
								31,5 UI/ml						60,1 UI/ml			46,3 UI/ml															
04/2020	152	P	152		P	152		P	152		N		152	P	152		N		152	P	77		P	59		P	44	1092	0	0,00	100,00	
		96,5 UI/ml			2,07 UI/ml			28,3 UI/ml						40,9 UI/ml						1:320			4+ / 1:2			4+ / 1:10						
05/2020	153	P	153		P	153		P	153		N		153	P	153		P	153		N		77	N		59	N		44	1098	0	0,00	100,00
		55,1 UI/ml			0,99 UI/ml			31,2 UI/ml						55,3 UI/ml			41,9 UI/ml															
06/2020	154	P	154		N		154	P	154		N		154	P	154		N		154	P	77		P	59		P	44	1104	0	0,00	100,00	
		3,5 UI/ml						33,6 UI/ml						51,7 UI/ml						1:320			4+ / 1:2			4+ / 1:10						
07/2020	155	P	155		N		155	P	155		N		152	P	155		P	155		N		77	N		59	N		44	1107	0	0,00	100,00
		3,7 UI/ml						36,5 UI/ml						56,8 UI/ml			50,8 UI/ml															
08/2020	155	N		155	N		155	P	155		N		155	P	155		N		155	P	77		P	59		P	44	1110	0	0,00	100,00	
								34,1 UI/ml						59,5 UI/ml						1:640			3+ / 1:2			2+ / 1:10						
	1225																									8773	0	0,00	100,00			