

DATA MEDICAL SERVICE

Valutazione Esterna di Qualità in Sierologia - RTSQC plus

Dati riassuntivi campioni inviati nell'anno 2021

Siero n.	Labo.	Toxo IgG			Toxo IgM			Rubeo IgG			Rubeo IgM			CMV IgG			CMV IgM			TPHA			VDRL			FTA Abs			Risposte Totali	Errori N.ro	Errori %	Accettabilità %						
		Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.										
01/2021	156	P	156		N		156	P	156		N		156	P	156		P	156		N		77	N		59	N		44	1116	0	0,00	100,00						
		3,53 UI/ml						22,32 UI/ml						86,44 UI/ml			44,27 UI/ml																					
02/2021	156	N		156	N		156	P	156		N		156	P	156		N		156	N		77	N		59	N		44	1116	0	0,00	100,00						
								24,47 UI/ml						54,82 UI/ml																								
03/2021	157	N		157	N		157	P	157		N		157	P	157		N		157	P	77		P		59	P		44	1122	0	0,00	100,00						
								25,37 UI/ml						51,49 UI/ml						1/320			2+/1/2			4+/1:10												
04/2021	157	P	157		P	157		P	157		N		157	P	156		N		157	N		77	N		59	N		44	1121	0	0,00	100,00						
		58,22 UI/ml			1,31 UI/ml			24,27 UI/ml						71,26 UI/ml			31,20 UI/ml																					
05/2021	156	P	156		N		156	P	156		N		156	P	156		N		156	N		77	N		59	N		44	1116	0	0,00	100,00						
		3,80 UI/ml						29,47 UI/ml						55,28 UI/ml																								
06/2021	157	P	157		P	157		P	157		N		157	P	157		N		157	P	77		P		59	P		44	1122	0	0,00	100,00						
		54,43 UI/ml			0,93 UI/ml			35,09 UI/ml						58,29 UI/ml						1/320			2+/1/2			4+/1:10												
07/2021	156	P	156		N		156	P	157		N		156	P	157		N		157	N		77	N		59	N		44	1119	0	0,00	100,00						
		4,12 UI/ml						28,96 UI/ml						59,77 UI/ml																								
06/2021	156	P	156		P	156		P	156		N		156	P	156		N		156	P	77		P		59	P		44	1116	0	0,00	100,00						
		59,19 UI/ml			0,98 UI/ml			32,59 UI/ml						69,33 UI/ml						1/320			4+/1/2			4+/1:10												
	1251																												8948	0	0,00	100,00						