

DATA MEDICAL SERVICE

Valutazione Esterna di Qualità in Virologia - HBsQC

Dati riassuntivi dei campioni inviati nell'anno 2017																																
Siero n.	Labo.	HIV 1 e 2			HCV			HBsAg			HBeAg			HBsAb			HBeAb			HBcAb			HAV			Risposte Totali	Errori N.ro	Errori %	Accet- tabilità %			
		Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.	Att.	Pos.	Neg.							
001/2017	128	N		128	P	128		N		128	N		110	P	116		N		103	N		109				822	0	0,00	100,00			
					1,75 S/co									877,17 mUI/ml																		
002/2017	131	P	130	1	P	131		P	131		N		118	N		121	N		95	P	104		P	89		920	1	0,11	99,89			
			2,5 S/co			1,8 S/co			3,1 S/co										0,20 S/co			40,7 S/co										
003/2017	131	P	119	12	P	128	3	N		131	N		118	P	121		N		95	P	104		P	89		920	15	1,63	98,37			
			1,1 S/co			30 S/co								1390 mUI/ml						0,085 S/co			60 S/co									
004/2017	138	N		138	N	1	137	N		138	N		121	P	126		N		98	N	1	108	P	84		952	2	0,21	99,79			
														43,5 mUI/ml						43 S/co												
005/2017	141	P	140	1	N	1	140	P	141		N		120	N		123	P	97		P	106		P	79		948	2	0,21	99,79			
			1,13 S/co					1916 mUI/ml										0,20 S/co			7,897 S/co			10,638 S/co								
006/2017	143	N		143	N		143	N	1	142	N		123	P		129	N		101	P	80	31	P	81		974	32	3,29	96,71			
														> 1000 mUI/ml						0,911 S/co			60,36 S/co									
	812																									5536	52	0,94	99,06			